# IMPLANT KONTACT™

**LONGUEURS 20 mm, 22 mm, 24 mm**

PROTOCOLE

BIOTECH DENTAL

# POSE DES IMPLANTS

## Packaging

- Tube + Bouchon
- Butée en Titane assurant un contact pur avec l'implant
- Blister et opercule garantissant la stérilité de l'implant
- Emballage carton fermé avec des étiquettes d'inviolabilité
- Étiquettes de traçabilité.

**La couleur des bouchons varie en fonction du diamètre des implants selon le code couleur de la gamme Kontact™.**

Étiquette d'identification sur le tube.

1

Ouverture de l'emballage carton. il est maintenu fermé par des étiquettes d'inviolabilité.




2

Ouverture du blister pour faire tomber le tube sur le champ stérile.



3

Ouverture du bouchon. La vis de couverture est vissée sur le dessus du bouchon.

4

Préhension de l'implant avec le tournevis manuel ou pour contre-angle.

## 5 Protocole de forage




1. Implant pouvant être enfoui de 2 mm sous-crestal afin de favoriser la repousse osseuse sur le plateau de l'implant. **Recommandé**

2. Implant posé en juxta-crestal.



**Forage pour Ø 3,6 mm,**
**Implant enfoui de 2 mm sous-crestal.**



**Forage pour Ø 4,2 mm,**
**Implant enfoui de 2 mm sous-crestal.**

**Vitesses de forage recommandées**

| Instruments | Vitesse de rotation |
|---|---|
| Forets Ø 1,5 / Ø 2 mm | 1500 trs / min |
| Forets jaune magenta et bleu | 1000 - 1200 trs / min |
| Forets vert et orange | 700 - 900 trs / min |
| Alésoir | 200 trs / min |
| Implant | 15 trs / min |

## Spécification de l'utilisation du mandrin de vissage de l'implant

6 repères angulaires représentant les sommets de la connectique.

Il est conseillé de placer un des repères en vestibulaire.



## Pose de l'implant



Les implants KONTACT™ de longueurs L20/22/24 mm sont dédiés aux restaurations complètes sur 4 implants au maxillaire.

Deux implants sont placés verticalement dans la région antérieure et deux implants postérieurs sont inclinés le long de la paroi inter-sinuso-nasale.

**L'inclinaison entre 30° et 45° par rapport au plan d'occlusion des implants distaux** permet de poser des implants plus longs (L20/22/24 mm) pour un ancrage bi-cortical dans de l'os antérieur de meilleure qualité et dans des positions optimales évitant les obstacles anatomiques. La chirurgie peut être assistée par le guide de forage maxillaire de chez Biotech Dental (référence: EAGMX) afin d'assurer la bonne inclinaison des implants longs distaux.

Le praticien a ainsi la possibilité de réhabiliter une arcade complètement édentée même si elle présente un minimum de volume osseux;
La bonne stabilité primaire des implants (via l'ancrage bi-cortical) permet une mise en charge immédiate au moment de la chirurgie;
La mise en charge immédiate permet une transition plus aisée pour les patients, surtout pour ceux devant être édentés lors de la chirurgie.

## RÉFÉRENCES DES IMPLANTS KONTACT™

| | Références | Diamètres | Longueurs |
|---|---|---|---|
| | K3620 | Ø 3,6 mm | 20 mm |
| | K3622 | | 22 mm |
| | K3624 | | 24 mm |
| | K4220 | Ø 4,2 mm | 20 mm |
| | K4222 | | 22 mm |
| | K4224 | | 24 mm |

## RÉFÉRENCES DES INTRUMENTS KONTACT™

| | Références | Désignation |
|---|---|---|
| | KFE20XL | Foret pilote Ø 2.0 mm implants L20-22-24 mm |
| | KFE30XL | Foret étagé Ø 3.0 mm implants L20-22-24 mm |
| | KFE36XL | Foret étagé Ø 3.6 mm implants L20-22-24 mm |
| | KFE42XL | Foret étagé Ø 4.2 mm implants L20-22-24 mm |
| | KJP20XL | Jauge de profondeur Ø 2.0 mm XL |
| | KJP30XL | Jauge de profondeur forage terminale Ø 3.0 mm XL |
| | KJP36XL | Jauge de profondeur forage terminale Ø 3.6 mm XL |
| | KJP42XL | Jauge de profondeur forage terminale Ø 4.2 mm XL |
| | KXLK | Kit de chirurgie pour implant Kontact™ long |
| | KXLKV | Kit de chirurgie vide pour implant Kontact™ long |

Biotech Dental
305, Allées de Craponne
13300 Salon de Provence - FRANCE

Tél. : +33 (0)4 90 44 60 60
Fax : +33 (0)4 90 44 60 61

info@biotech-dental.com

www.biotech-dental.com

A UP GROUP COMPANY

UPPERSIDE

133, Boulevard Haussmann
75008 Paris - FRANCE

contact@groupe-upperside.com

www.groupe-upperside.com

ORIGINE FRANCE® GARANTIE

AFNOR Cert. 73017

KONXL-PT-1-FR_Rév.00_01/2020

BIOTECH DENTAL

Fabriqué par : Biotech Dental.
Biotech Dental - S.A.S au capital de 24 866 417 € - RCS Salon de Provence : 795 001 304 - SIRET : 795 001 304 00018 - N° TVA : FR 31 79 500 13 04.
Dispositifs médicaux de classe I, IIa et IIb destinés à l'implantologie dentaire. CE0459. Lire attentivement les instructions figurants dans la notice.
Non remboursé par la sécurité sociale. Visuels non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.
Imprimerie VALLIERE - 163, Avenue du Luxembourg - ZAC des Molières - 13140 MIRAMAS.